



समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नवलपरासी
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान
Terms of Reference (TOR)

परिचय :

कोईका नेपालको आर्थिक तथा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सहमति संस्थाद्वारा सञ्चालित नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम का १३ वडाहरु (मध्यविन्दु न.पा ६, ७, ८ र ९, सुस्ता गा.पा २ र ३, प्रतापपुर गा.पा ६ र ८, सरावल गा.पा ७, पाल्हनन्दन गा.पा ६ र सुनवल न. पा २, ५ र ९) मा कृषकहरुको आयश्रोत बृद्धि गरी जीवनस्तर सुधार ल्याउनका निम्ति समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नवलपरासी अर्न्तगत २६ वटा स्थानीयद्वारा पहलगरिएको परियोजनाहरु संचालन भईरहेको छ । स्थानियद्वारा पहलगरिएका परियोजनाहरु मुख्यतया चार वटा क्षेत्रहरु (व्यवसायिक कृषि उत्पादन, व्यवसायिक पशुजन्य उत्पादन, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वधार विकास र युवा तथा महिला सीप विकास) मा केन्द्रित रहेका छन् ।

सन् २०१९ बाट विश्वभर महामारीको रुपमा फैलाएको कोभिड १९ ले परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा समेत असर गरेको हुँदा कोभिड १९ नियन्त्रणमा सहयोग पुऱ्याउनका लागि समावेशी ग्रामिण विकास परियोजनाले कोभिड १९ रिकभरी परियोजना समेत सञ्चालन गरेको छ । कोभिड १९ रिकभरी परियोजना अन्तरगत परियोजना सञ्चालन भएका पालिकाहरुमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नेपालमा आधिकारीक डिलरसीप तथा सप्लाई गर्ने अनुमति पाएका इच्छुक फर्म, सप्लायर्स, कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरुले निम्नशर्तहरुको अधीनमा रहि तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्ने गरि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

शर्तहरु :

१. नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका निजी/सावर्जनिक फर्म तथा संस्थाले यो बोलपत्रको लागि योग्य हुनेछ ।
२. अनुसूची १ मा भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको गुणस्तर, उपयोगिता र टिकाउँ सम्बन्धी विस्तृत विवरण, बिक्रि पछिको सेवा तथा सुविधाहरु खुलाई प्रति इकाई दररेट पेश गर्नुपर्ने छ ।

३. बोलपत्र पेश गर्दा दर रेटको साथमा आफूले उपलब्ध गराउने सामग्रीको क्याटलग नम्बर खुलाउनु पर्ने र क्याटलग पनि राख्नु पर्ने छ ।
४. आपूर्तिकर्ताले उल्लेखित परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरुको ढुवानी सेवा दिनु को साथै औजारहरु संचालन सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञानको अभिमुखिकरण गर्नु पर्नेछ ।
५. कम्पनी/फर्म/अधिकृत बिक्रेताले मिति २०७८।०३।०७ गते (21 June 2021) भित्र दरभाउ पत्र पेश गर्नु पर्ने छ । म्याद नाघी वा रीत नपुगी दाखिला भएका दरभाउ पत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
६. बोलपत्रदर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा सो को लगत्तै कार्यालय खुलेका दिन उपरोक्त बमोजिमका समयमा नै बोलपत्रदर्ता गर्न सकिनेछ ।
७. बोलपत्र कागजातको मूल्यअंकित सूचीमा उल्लेख गरेको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेखिएको हुनु पर्नेछ, केरमेट भएको हुनु हुँदैन । कथमकदाचित् अंक र अक्षरमा फरक देखिएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ । कुनै शर्त राखेको वा दर रेट सम्बन्धि अधुरो रहेको बोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
८. आवश्यक परेको खण्डमा कम्पनी/फर्म/अधिकृत बिक्रेतालाई प्रस्ताव मञ्जुर गर्नु भन्दा अगाडि संशोधन गर्न भन्न सकिनेछ ।
९. छनौट भएको कम्पनी/फर्म/अधिकृत बिक्रेता सँग वार्षिक सम्झौता गरिनेछ ।
१०. बोलपत्रको सम्पूर्ण कागजातमा प्रोप्राईटर वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले सही गरी कम्पनीको छाप लगाएको हुनुपर्नेछ।

११. पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू :

- क. विस्तृत र स्पष्ट रूपमा दररेट (उल्लेखित अनुसूचीमा उपलब्ध फारम नमूना अनुसार)
- ख. फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नवीकरणको प्रतिलिपि
- ग. मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता तथा पछिल्लो आर्थिक वर्षको चुक्ता कर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- घ. बोलपत्र बुझाएको निवेदन
- ङ. आधिकारीक डिलर सिप लिएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

११ अनुमानित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण र परिमाण

S.N.	Name of Machinery	Unit	Number	Remarks
1	Oxygen cylinder with oxygen gas, meter and mask	No	21	
2	Oxygen Concentrator	No	3	
3	Vaccine Storage Refrigerator	No	7	
4	Clinical Diagnostic Oscope	No	7	
5	Doppler	No	7	
6	Digital Colorimeter	No	1	

नोट : माथि उल्लेखित यन्त्रको संख्या आवश्यकता अनुसार थपघट हुन सक्ने छ । साथै दर रेट पेश गर्दा यन्त्रको क्याट लग वा फोटो अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

१२. छनोट भएको सप्लायर्ससँग खरिद गरिने सामग्रीको कुल मुल्यको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी सम्भौता गर्नु अगावै परियोजना कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टीको समयावधी मिति सामग्री सप्लायर्स गर्ने समयावधि भन्दा १ महिना पछि सम्मको हुनु पर्नेछ ।

१३. बोलपत्र पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा यस TOR मा सम्लग्न अनुसूचि अनुसारको फरम्याटमा भरि हस्ताक्षर गरि अन्य कागजात सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।

१४. सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने, मूल्याङ्कन तथा आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित संस्थाहरुमा निहित रहनेछ ।

उल्लेखित दरभाउपत्र सिलबन्दी खाममा “स्वास्थ्य उपकरण खरिद” लेखी मिति २०७८/०३/७ गते (21st June, 2021) बेलुका ५:०० बजेभित्र समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना कार्यालय, वर्दघाट न.पा. वडा नं. ४ शिवालय टोल , नवलपरासी वा सहमति केन्द्रिय कार्यालय, गैंडाकोट ५, नवलपरासी वा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको केन्द्रिय कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरमा वा हुलाक/कुरियर मार्फत पेश गर्न सकिनेछ अथवा संस्थाको इमेल [TO: procurement@sahamati.org](mailto:TO:procurement@sahamati.org) , मा र CC: eoig@gninepal.org गरि बुझाउन सकिनेछ

नोट: दरभाउ पत्रको इलेक्ट्रोनिक प्रतिलिपि बुझाउँदा, दररेट भएको फाइल पासवर्डद्वारा सुरक्षित पीडीएफ फाइलमा पेश गर्नुपर्नेछ । पासवर्डलाई आफूसँग गोप्य राख्नु पर्ने छ र EOI खोल्ने दिनमा इमेल मार्फत बुझाउनुपर्ने छ ।

अनुसूची १

स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको विवरण

क्र.स.	विवरण	ईकाई	विशिष्टता, ब्रान्ड, मोडेल नं., अपरेटिङ्ग प्रणाली, बिक्रि पछिको सेवा र वारेन्टी, ग्यारेन्टी उल्लेख गर्नुहोस	इकाई दर भ्याट सहित (रुपैयामा)	इकाई दर अक्षरमा (भ्याट सहित)	कैफियत
१.	<p>Oxygen cylinder with oxygen gas, meter and mask, WHO Standard <u>Steel Oxygen cylinder of 40/50 Liter capacity and NS/ISO standard required.</u> Cylinder filled with medical grade Oxygen. Seamless steel Oxygen cylinder with "Bull nose"-valve, Water Capacity: 40/50L Working pressure: 15MPa(150bar) Testing Pressure: 250bar, Cylinder shall be easily refilled anywhere and there is no need for any custom made refilling hose /station / connector, Shall be supplied complete with cylinder key/spanner/bar or hand-wheel to turn cylinder on/off. Regulator: Bull nose screw type, medical oxygen cylinder fitting Regulated to convert standard cylinder pressure (typically 2,000 psi) to approximately 4 BAR (4 atmospheres) pressure Regulator delivery pressure must be factory pre-set, and not permit user adjustment Maintenance engineer adjustment of delivery pressure via a screw slot or covered or capped system is required Regulator must incorporate overpressure safety valve with auto venting Flow Meter: Back Pressure Controlled Flow Meter Sturdy and reliable Flow Meter Unit for an accurate measuring of flow of gases. Flow adjustment by Needle valve equipped with inlet</p>	१ वटा				<p>क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला ।</p> <p>परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्वन्धित स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरूको ढुवानी गर्नुपर्ने छ।</p>

	<p>filter – 100µm. Flow rate range 0 – 15litres / minute. Flow meter to be attached to regulator output Bubble Humidifier with Safety Valve and Pressure Relief</p>					
२.	<p>Oxygen Concentrator with Nuzzle cannula and face mask, WHO standard High Concentration Oxygen Generation, Oxygen Concentration Above 90% High Quality Molecular Sieve, Efficient Oxygen Separation High Quality Compressor, Stable Operation Intelligent Timing, Set Oxygen Absorption Time According to Demand Technical Specification Oxygen Concentration 93%, Operation mode by Electrical, power: 2hp, voltage 240V, Frequency:50Hz, Flow Rate: 10LPM</p>	१ वटा				<p>क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला</p> <p>परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरुको ढुवानी गर्नुपर्ने छ।</p>
३.	<p>Vaccine Storage Refrigerator range of Vaccine refrigerators are WHO qualified and are designed to be effective and energy efficient Refrigerator is powered by the Sure Chill technology, a unique cooling technology that ensures perfect temperature control with no risk of freezing vaccines. With holdover of 12+ days and requires only 2.5 hours per day of power to operate. It has in-built intelligent temperature control for better energy management. Vaccine Storage Refrigerators Capacity Minimum 120 L Height x Width x Depth (mm) 1820 x 795 x 750</p>	१ वटा				<p>क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला</p> <p>परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरुको ढुवानी गर्नुपर्ने छ।</p>
४.	<p>Clinical Diagnostic Otoscope NS/ISO Standard Material: stainless steel Usage: hospital, clinic, laboratory</p>	१ वटा				<p>क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला</p> <p>परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित स्वास्थ्य</p>

						चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरुको ढुवानी गर्नुपर्ने छ।
५.	Fetal Doppler (mini) for personal care FHR detection with clear sound. High sensitivity probe with 2.5Mhz in continuous wave. It has Battery status indicator. Displays heart beat range bar graph. Item Weight: 800 g Item Dimensions LxWxH: 22.9 x 17.8 x 7.6 Centimeters	१ वटा				क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरुको ढुवानी गर्नुपर्ने छ।
६.	Digital Colorimeter Power: 230v + 10% Std. Glass filter: 8 Mini volume: 1ml Display: 2 1/2 Digit LED Range: 400-700 nm Output: OD (0 to 1.99) Resolution: OD: 0.01 Accuracy: 0.5% FSI	१ वटा				क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला परियोजना कार्यक्षेत्र को सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीहरुसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरुको ढुवानी गर्नुपर्ने छ।

नाम :

हस्ताक्षर :

छाप :

मिति: